



检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9023



第 1 页 共 5 页

报告编号: HY1172583727A1920

检测报告

样品名称: 自动升降消毒灯

产品型号: BTD-36W

检验类别: 委托检验

委托单位: 深圳市邦泰盾科技有限公司

厦门泓益检测有限公司

网址: <https://hyitesting-lab.com/>

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

网址: <https://hyitesting-lab.com/>



检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9023



第 2 页 共 5 页

报告编号：HYI172583727A1920

样品名称	: 自动升降消毒灯	样品型号	: BTD-36W
委托单位	: 深圳市邦泰盾科技有限公司		
委托单位地址	: 深圳市宝安区石岩街道官田社区羊台山路 51 号后楼房 5 层 A		
商标	:	送样数量	: 1pcs
生产厂家	: 深圳市邦泰盾科技有限公司		
生产厂家地址	: 深圳市宝安区石岩街道官田社区羊台山路 51 号后楼房 5 层 A		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2022 年 10 月 15 日-2022 年 10 月 20 日
出报告日期	: 2022 年 10 月 20 日		
测试要求	: 企业技术要求		
样品参数	: 工作电压: 220VAC, 外观尺寸: 1250mm*60mm*120mm		
样品特征及条件	: 样品完好		
测试结果	: 该送检样品经检测, 所检项目符合要求		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 63.3%
报告编制: 报告审核: 报告签发:			

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.
厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.
地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号
ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tong'an District, Xiamen City, Fujian Province,
网址: <https://hytesting-lab.com/>



报告编号：HYI172583727A1920

测试结果：

序号	检测项目	产品参数	检测结果	判定
1	自动遥控升降支架 (紫外线杀菌灯专用)	输入电压：220V交流	符合	合格
		升降范围：300MM—1800mm	符合	合格
		镇流器功率因数：97%	符合	合格
		具有三挡消毒时间功能：分别可选消毒时长，30分钟档、45分钟档、60分钟档。	符合	合格
		外形尺寸：1250mm*60mm*130mm	符合	合格
		操作方便，日常消毒通过时间控制系统，在预设定好的时间内（24小时制），其灯具的智能控制系统即按预先设定的时间、消毒时长，自动完成消毒全过程；不需人为干预。	符合	合格
		可按使用者意愿，任意设定紫外线灯管的消毒高度并选择消毒时长档位，所有设置在安装前预设好，也可在使用过程中根据不同需求任意设置。	符合	合格
		安全性能高，预设置夜间无人时间段自动消毒工作；能有效的防止紫外线误伤事件。消毒场所无开关，具有独立统一-的控制系统自动开启、断电功能。	符合	合格
2	控制器	工作电压：220~240V AC	符合	合格
		工作频率：50~60HZ	符合	合格
		电力消耗：1.5V AC	符合	合格
		感性负载：20A	符合	合格
		工作环境：-30℃至80℃	符合	合格
		24小时可编程控制。	符合	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址：福建省厦门市同安区轻工食品工业区分路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tong'an District, Xiamen City, Fujian Province,

网址: <https://hytesting-lab.com/>



检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9023



第 4 页 共 5 页

报告编号：HYI172583727A1920

序号	检测项目	产品参数	检测结果	判定
3	紫外线杀菌灯管	采用高透光率石英玻璃制成，可选无臭氧型和臭氧型。	符合	合格
		杀灭微生物类别：白色葡萄球菌。	符合	合格
		功率：36W	符合	合格
		电压：220V	符合	合格
		工作电压：110V	符合	合格
		预热电流：0.65A	符合	合格
		工作电流：0.43A	符合	合格
		主谱线：253.7nm	符合	合格
		全长：1213.6mm	符合	合格
		外径：25mm	符合	合格
		辐照强度：≥117	符合	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.
厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.
地址：福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号
ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tong'an District, Xiamen City, Fujian Province,
网址: <https://hyitesting-lab.com/>



检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9023



第 5 页 共 5 页

报告编号：HYII172583727A1920

注意事项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址：福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号
Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City,
Fujian Province,

网址：<https://hyitesting-lab.com/>

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.
厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.
地址：福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号
ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,
网址：<https://hyitesting-lab.com/>